測定結果報告書

1．サンプル日　2011年10月5日

2.　検査日　　2011年10月14日

3.　検査機関　放射能汚染食品測定室

単位：ベクレル/ Kg

検体	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
63℃30分殺菌牛乳 （低温殺菌牛乳）	不検出	2	不検出	2
75℃15秒殺菌牛乳 （高温短時間殺菌牛乳）	不検出	不検出	不検出	不検出

備考

測定は、3インチのヨウ化ナトリウム・シンチレーションカウンターを用いております。
測定精度は測定時間に比例していきますが、7,200秒の測定検出限界値は概ね
ヨウ素が2ベクレル/kg程度、セシウムが3ベクレル/kg程度となります。
尚、それ以下でも数値が出た場合は測定結果として表示いたします。

放射能汚染食品測定室
代表　　藤 田 祐 幸

※牛乳・乳製品の暫定規制値　　放射性ヨウ素　300Bq/Kg
放射性セシウム　200Bq/Kg

乳児調製粉乳及び直接飲用に供する乳は、100Bq/Kg