

# 測定結果報告書

1. サンプル日 2015年7月9日
2. 検査日 2015年7月13日
3. 検査機関 放射能汚染食品測定室

単位:ベクレル/Kg

検体	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	セシウム合計
63°C30分殺菌牛乳 (低温殺菌牛乳)	不検出	不検出	不検出	不検出
75°C15秒殺菌牛乳 (高温短時間殺菌牛乳)	不検出	不検出	不検出	不検出

## 備考

測定は、3インチのヨウ化ナトリウム・シンチレーションカウンターを用いております。  
測定精度は測定時間に比例していきませんが、7,200秒の測定検出限界値は概ね  
ヨウ素が2ベクレル/kg程度、セシウムが3ベクレル/kg程度となります。  
尚、それ以下でも数値が出た場合は測定結果として表示いたします。

放射能汚染食品測定室  
代表 藤田 祐幸

※牛乳・乳製品の暫定基準値 放射性セシウム 50Bq/Kg